Nederlands

MD

Lees voor gebruik de instructies goed door

PRODUCTOMSCHRIJVING
De Qufora katheterkraan heeft een universele, taps toelopende connector die op een urinewegkatheter kan worden aangesloten. Het heeft een ventiel en een uitgaande slang die aan een urineopvangzak kan worden gekoppeld.

De Qufora katheterkraan is gemaakt van polypropyleen (PP), polyethyleen (PE) en siliconen.

Alle materialen zijn latex-, pcv- en ftalaatvrij.

INDICATIES
Te gebruiken in combinatie van een urologische Foley (verblijfs-)katheter.

CONTRA-INDICATIES
De Qufora katheterkraan mag niet worden gebruikt als bij de gebruiker overgevoeligheid of allergieën voor een van de hierboven genoemde materialen bekend zijn.

WAARSCUWING
Een katheterkraan mag alleen worden gebruikt als dit is goedgekeurd en voorgeschreven door een arts of andere daartoe bevoegde zorgverlener.

LET OP
Volg de aanbevelingen en de geldende richtlijnen met betrekking tot de hygiënische omgang met de katheterkraan.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Duw de getrapte inlaatopening van de katheterkraan in de conusvormige uitgang van de katheter en zorg ervoor dat er een stevige verbinding tot stand komt.

2. Als er een dag- of nachtzak nodig is (optioneel), duw dan de aansluiting van de opvangzak in de zachte siliconen uitlaatslang van de katheterkraan.

3. Was altijd uw handen voor en na het bedienen van de katheterkraan om het risico op besmetting te verminderen. Bediening van de katheterkraan (alle katheterkraantjes zijn bij levering gesloten):

   a. Q-Flow katheterkraan:
   Wanneer de paarse hendel rechtop in een hoek van 90° staat, is de katheterkraan volledig geopend. Bij een hoek van 180° is de katheterkraan nog steeds volledig open en bevindt deze zich in een veilige stand zonder enig risico op onbedoeld sluiten tijdens de nacht. In beide standen is een vrije doorstroming gewaarborgd. Om de katheterkraan te sluiten, duwt u de paarse hendel helemaal naar boven tot deze vlak aansluit met de witte aansluiting.

   b. T-katheterkraan:
   Aan de transparante buis kunt u zien of de katheterkraan open of gesloten is. Open de katheterkraan door de schuifknop helemaal naar de andere kant te schuiven. Controleer na het legen van de blaas of de katheterkraan weer goed gesloten is.

   c. Hefboom katheterkraan:
   De katheterkraan is gesloten wanneer de hefboom katheterkraan volledig naar boven wijst. Om de katheterkraan te openen, duwt u de hendel naar een hoek van 90°.

4. Om de blaas te legen, opent u de katheterkraan zo vaak als voorgeschreven door de zorgverlener. Sluit de katheterkraan wanneer de blaas leeg is.

5. Wanneer aangesloten op een dag- of nachtopvangzak, laat u de katheterkraan in de open stand staan.

De Qufora katheterkraan kan maximaal 10 dagen worden gebruikt.

LET OP
De katheterkraan is met ethyleenoxide (EtO) gesteriliseerd. Controleer vóór gebruik of de verpakking niet is geopend en/of beschadigd en of de houdbaarheidsdatum niet is overschreden. Als dit het geval is, mag het product niet worden gebruikt. De Qufora katheterkraan mag niet opnieuw worden gesteriliseerd.

WAARSCHUWING
De katheterkraan is bedoeld voor eenmalig gebruik. Als het product of een onderdeel ervan wordt hergebruikt of opnieuw gesteriliseerd, bestaat er een groot risico op ongewenste effecten die de werking van het product en de gezondheid van de patiënt, de zorgverleners en derden kunnen beïnvloeden.

AANBEVOLEN OPSLAG
De Qufora katheterkraan moet droog worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en +35 °C. Vermijd direct zonlicht op de producten.

AANSPRAKELIJKHEID
De fabrikant en Qufora A/S aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige verwonding of ander verlies dat kan ontstaan als de katheterklep wordt gebruikt op een manier die in strijd is met de aanbevelingen van Qufora.

BIJWERKINGEN EN STORINGEN VAN HET HULPMIDDEL
Mocht u schade ondervinden die verband houdt met het gebruik van dit product, dan dient u dit te melden bij de bevoegde autoriteit in uw land en/of bij Qufora A/S via het mailadres QA@qufora.com. Qufora A/S dient ook op de hoogte te worden gesteld in geval van andere storingen aan het hulpmiddel.

Instructions for Use
Gebrauchsanweisung
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning

EN Qufora catheter valve
To be used with an indwelling catheter

DE Qufora Katheternventil
Für die Anwendung mit einem Dauerkatheter

NO Qufora kateterventil
Brukes sammen med et blærekateter

FI Qufora Virtsan katetriventtiilit Käytä sisäisen virtsakatetrin kanssa

SV Qufora Ventiler för urinkateter Använd med en kvarliggande urinkateter

NL Qufora katheterklep
bedoeld voor gebruik met een inheemse katheter

DA Qufora kateterventil
Anvendes sammen med et permanent urinblærekateter

IMPORTER
Qufora A/S
www.qufora.com
email: qa@qufora.com
Gydevang 28-30 • DK-3450 • Allerød • Denmark

MBH | qufora®

5080-06_REV092026

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY

Conod Medical Co., Limited
No.11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park
Gull Town, 215532 Changshu City, Jiangsu Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

CE 0123